

## 検査・試験成績書

〇〇△△ 株式会社 殿

品名	圧着器	管理番号	****
製造者	〇〇〇〇〇	製造番号	-----
型式	△△△△	検査日	検査日
温度・湿度	23℃・50%		

検査結果は次の通りです。

1. 構造点検(汚損、破損が無く、作動状態が良好である事) ..... 良

## 2. ゲージ検査

端子サイズ	通り側	止り側
2.0mm <sup>2</sup>	良	良

## 3. 引張強さ試験

電線断面積	引張力	引張速度	試験時間	判定
2.0mm <sup>2</sup>	290N	25mm/min	10秒	良

総合判定 合格

## ・作業用標準器

標準器名	限界ゲージセット	校正日
型式		管理番号
製造番号		証明書番号

## ・作業用標準器

標準器名	オートハーネステスタ	校正日
型式		管理番号
製造番号		証明書番号

備考

実施者 岡山県倉敷市白楽町380-3  
Tel 086-426-5800 Fax 086-430-0124

検査担当者 承認者

旭テクノプラント株式会社  
校正センター