

証明書番号: \_\_\_\_\_

## 検査・校正証明書

〇〇△△□□株式会社 殿

品名	トルクレンチ	管理番号	
製造者		製造番号	
型式		検査日	
測定範囲		温度・湿度	23℃ ・ 50%
		精度	±4%

検査結果は次の通りです。

基準値(N・m)	回数	測定値(右)	誤差(%)	測定値(左)	誤差(%)
	1	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	3	—	—	—	—
	4	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	1	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	3	—	—	—	—
	4	—	—	—	—
	5	—	—	—	—
	1	—	—	—	—
	2	—	—	—	—
	3	—	—	—	—
	4	—	—	—	—
	5	—	—	—	—

※判定基準: JIS B4652:2008による。

検査結果 良

・使用標準器

標準器名	型式
製造者	製造番号
校正日	管理番号
証明書No.	

使用標準器は国家標準にトレースされた基準器を基準とした測定器により校正されています。

備考

実施者 岡山県倉敷市新田2403-1  
Tel 086-426-5800 Fax 086-430-0124

担当者

承認者

旭テクノプラント株式会社  
校正センター

# トレーサビリティ体系図

< 公的検査機関 >

国立研究開発法人  
産業技術総合研究所  
(国家計量標準)

JCSS0064  
(財) 日本品質保証機構

JCSS0066  
(株) 村上衡器製作所

< (株) 東日製作所 >

(10年)  $\pm 6/100\text{mm}$   
直尺  
ヤマヨ測定機(株) 1m

(5年) M1  
分銅  
(株) 鎌田鋳工所 IW-03 BW-01

(3年)  $\pm 1/1000$   
測長機  
ピカ精工(株) PRM-10XYZW

(1年)  $\pm 1/1000$   
天秤  
(株) ワイエムシ JPN-30KL

(3年)  $\pm 1/1000$   
分銅  
(株) 鎌田鋳工所 IW-05

(2年) 検定センサ  
(株) 東日製作所 CS型  $\pm 0.3\%$

< 旭テクノプラント(株) >

標準器  
トルクレンチテスタ  
(株) 東日製作所

※校正対象

品名: トルクレンチ  
証明書番号:  
校正日:

実施者 岡山県倉敷市新田2403-1  
Tel 086-426-5800 Fax 086-430-0124

旭テクノプラント株式会社  
校正センター